



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Diretoria de Atenção de Vigilância em Saúde

CLÍNICA DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA

**TOMOGRAFIA, RADIOLOGIA EXTRA-ORAL (PANORÂMICO) E
INTRAORAL (PERIAPICAL)**

(Alvará inicial ou Renovação)

RDC 611/2022 ANVISA E ANEXO 6 - PORTARIA SES Nº 125/2017

- Preencher requerimento disponível no site da Prefeitura e no **ESCRITÓRIO DO EMPREENDEDOR**
- Declaração de área utilizada
- Cópia do Alvará de Localização
- Cópia do Alvará Sanitário para renovação
- Cópia do alvará dos Bombeiros – APPCI
- Cópia do Contrato Social e respectivas alterações, quando houver (PJ),
- CNPJ na Receita Federal Contemplando as atividades requeridas (CNAE) .
- Certidão atualizada de Inscrição no CRO RS dos cirurgiões dentistas, técnicos e auxiliares;
- Certidão de registro de Pessoa Jurídica com Responsável Técnico no CRO RS (PJ)
- Declaração do RT (CPF/ Autônomo);
- Comprovante de imunidade para Hepatite B da equipe profissional
- Certificados de: Desinsetização, Desratização, Limpeza da caixa d 'água e do ar condicionado. **(DECRETO EST.23.430/74)** com cópia do alvará sanitário da empresa que realizou o trabalho com a respectiva **NOTA FISCAL**;
- PMOC para acima de 60.000 BTUs - **LEI FEDERAL Nº 13.589/ 2018.. abaixo desta capacidade apresentar laudo de limpeza dos condicionadores de ar com NOTA FISCAL**
- Cópia do contrato com a empresa para o recolhimento dos resíduos de saúde e Alvará Sanitário das mesma e comprovante de pagamento atualizado - **RDC ANVISA 222/2018**
- Comprovante da realização de Teste Biológico da autoclave atualizado emitido por laboratório de análises clínicas. **(Radiologia Odontológica)**
- Comprovante de revisão técnica atualizado da Autoclave de empresa de assistência técnica reconhecida (deverá possuir CNPJ) com **NOTA FISCAL** da prestação do serviço. –DISPENSADO SE EQUIPAMENTO FOR NOVO COM MENOS DE 1 ANO.**(Radiologia Odontológica)**
- Protocolo de desinfecção e esterilização e higienização dos ambientes, artigos, bancadas e equipamentos com identificação do estabelecimento e assinatura do Responsável Técnico do estabelecimento.
- Protocolo de gerenciamento de resíduos (descrever o que é descartado e como é feita a classificação· dos tipos de resíduos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Diretoria de Atenção de Vigilância em Saúde

- Descritivo das atividades desenvolvidas com identificação do estabelecimento e assinatura do Responsável Técnico do estabelecimento.
- Listagem dos equipamentos da clínica juntamente com as funções dos funcionários.
- Pagamento de taxa de Alvará Sanitário (**LM 4512/2000**).

ACRESCENTAR:

- Formulário de Alvará de Saúde (FAS) completamente preenchido e assinado pelo RT ou Supervisor radiológico
- a) Ficha reduzida do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Estabelecimentos de Saúde - CNES, emitido através do site do mesmo;
 - b) Cópia do Projeto de Proteção Radiológica/Blindagem-Fornecido por Empresa contratada pelo requerente
 - c) Cópia do Termo de Aprovação do Projeto Arquitetônico do estabelecimento emitidos pela Vigilância Sanitária com layout com a descrição da atividade aprovada– **RDC 50/2002**
 - d) Cópia de Contrato com empresa de Monitoração Individual de doses dos funcionários com relatório de dosimetria dos três últimos meses
 - e) Levantamento radiométrico atualizado - validade 4 anos se não houver alterações no espaço físico , nas instalações ou reparo técnico no equipamento
 - f) Relatório de testes de aceitação e Controle de Qualidade emitido por especialista em Física do Radiodiagnóstico, com validade em vigor, referentes a legislação vigente, conforme ramo de atividade.
 - g) Certificado de Blindagem do Cabeçote (teste de radiação de fuga). Anexar Certificado de Calibração dos instrumentos de medida emitido por laboratório do CNEN ou por laboratório reconhecido pelo CNEN.

OBSERVAÇÃO: De acordo com as especificidades dos ramos de atividades, poderá a critério da fiscalização sanitária requerer documentos complementares no processo de licenciamento sanitário do estabelecimento.

REVISADO EM FEVEREIRO DE 2025