

DOCUMENTO OFICIAL LICITATÓRIO Nº 29/2026

ATA DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES

EDITAL: 0023/2026 PROCESSO: 25.0.000045058-0 PNCP 88577416000118-1-000010/2026

Objeto: Pregão Eletrônico (14.133/21) - Fornecimento de Equipamentos Ambulatoriais e Eletrodomésticos, para atendimento às necessidades das Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde. ESCLARECIMENTOS Não foram registrados pedidos de esclarecimento. IMPUGNAÇÕES Pedido de impugnação Protocolo 30794 Situação: Respondido Data do pedido: 28/01/2026 11:29 Solicitação: Pedido de impugnação Documentos anexados: IMPUGNAÇÃO - INMETRO PREÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS - PE 023.2025 Acompanhamentos Data: 28/01/2026 12:09 Mensagem: Prezado Licitante, seu pedido de Impugnação será enviado para análise na Secretaria requisitante. Assim que for respondido, informo a vcs. Resposta Data: 29/01/2026 12:39 Julgamento: Negado Responsável: Alexandra Alborno Modernel Texto: Prezado Licitante, A resposta é a mesma dada no Protocolo 30795. Segue documento em anexo. Documentos anexados: Resposta da Secretaria Requisitante Pedido de impugnação Protocolo 30795 Situação: Respondido Data do pedido: 28/01/2026 11:31 Solicitação: Pedido de impugnação Documentos anexados: 1 - CONTRATO E DOC KCRS IMPUGNAÇÃO ANVISA - MUNICÍPIO DE CANOAS - PE 023.2025 Acompanhamentos Data: 28/01/2026 12:09 Mensagem: Prezado Licitante, seu pedido de Impugnação será enviado para análise na Secretaria requisitante. Assim que for respondido, informo a vcs. Obrigada. Resposta Data: 29/01/2026 12:37 Julgamento: Negado Responsável: Alexandra Alborno Modernel Texto: Prezado Licitante, Segue abaixo a resposta ao seu Pedido de Impugnação, dada pela Secretaria requisitante: Arquivo em anexo. "Prezados, Respondendo ao pedido de impugnação, proveniente da empresa K.C.R.S. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, o item 11 do Edital nº 023/2026 assim menciona: (COTA EXCLUSIVA PARA ME/EPP) BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL PARA ADULTOS CAPACIDADE A PARTIR DE 200 KG DESCRIÇÃO TÉCNICA MÍNIMA EXIGIDA: EQUIPAMENTO DIGITAL PORTÁTIL DESTINADO À MEDIÇÃO DE PESO CORPORAL ADULTO, COM ESTRUTURA ROBUSTA EM AÇO E CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 KG, ADEQUADO PARA USO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) E CLÍNICAS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL, COM DISPLAY CLARO E DE FÁCIL LEITURA; CAPACIDADE MÍNIMA: 200 KG, COM

PRECISÃO MÍNIMA DE 100 G; ESTRUTURA: FABRICADA EM AÇO RESISTENTE, GARANTINDO DURABILIDADE E SEGURANÇA DURANTE O USO; PLATAFORMA ANTIDERRAPANTE PARA SEGURANÇA DO PACIENTE; DIMENSÕES ADEQUADAS PARA FÁCIL TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO; ALIMENTAÇÃO POR BATERIA RECARREGÁVEL OU FONTE ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICO; FUNÇÃO TARA E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO PARA OTIMIZAÇÃO DE USO E ECONOMIA DE ENERGIA; MANUAL TÉCNICO EM PORTUGUÊS; REGISTRO E CERTIFICAÇÃO CONFORME NORMAS VIGENTES, INCLUINDO ANVISA E INMETRO; ACESSÓRIOS BÁSICOS NECESSÁRIOS PARA OPERAÇÃO COMPLETA DO EQUIPAMENTO. Conforme se desprende, há exigência de certificação conforme normas vigentes, incluindo ANVISA e INMETRO. Assim, a exigência de certificação INMETRO foi consignada ao item, não traduzindo balança de uso doméstico/residencial. Quanto ao valor de referência, revisamos a pesquisa e ratificamos o valor máximo unitário do item de R\$ 127,23. Atenciosamente." Documentos anexados: Resposta da Secretaria Requisitante ----- Data/Hora de Geração deste documento: 29/01/2026 12:39 -----

Alexandra Albornoze Modernel

Agente de Contratação